

Digital Health and Innovation Cluster Bulgaria

Български клъстер за дигитални решения и
иновации в здравеопазването

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

С ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

С ПРЕДМЕТ „Подбор на доставчици за закупуване на медицински изделия на скрининг, диагностика, оценка на риска и проследяване на пациенти със сърдечно-съдови заболявания и диабет тип 2 с една (1) обособена позиция“

1. Обект на процедурата

Настоящата публична покана е с предмет „Подбор на доставчици за закупуване на медицински изделия на скрининг, диагностика, оценка на риска и проследяване на пациенти със сърдечно-съдови заболявания и диабет тип 2 с една (1) обособена позиция“ за нуждите на проект „Digital Medical technologies reshaping the healthcare systems throughout the patient journeys from prevention to rehabilitation, /DIGI4Care/“, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ VI-Б Дунавски регион 2021 – 2027. и включва отдаване под наем и/или доставка с цел закупуване, както и техническа подкрепа и/или гаранционна поддръжка на описаното оборудване.

1.1. Обособени позиции:

- Обособена позиция 1: Теле-медицинско изделие за мониторинг на кръвно налягане -
ЗАКУПУВАНЕ

2. Място на изпълнение: гр. София

3. Срок за изпълнение

До 12 (дванадесет) месеца, както следва:

- Обособена позиция 1: Доставка, според условията на поканата и гаранционна поддръжка за срок от 12 (дванадесет) месеца.

Начална дата: Дата на подписване на договор с избрания/те изпълнител/и

Крайна дата: Не по късно от 31 март 2026 г. или в случай на удължаване, до края на основния договор за безвъзмездно финансиране на проекта.

4. Общи условия на доставката

- Доставените артикули следва да са в цялостен и завършен вид, без наранявания или други недостатъци.
- Предаването на изпълнението на доставката се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните.
- Кандидатът трябва да отговаря напълно на всички определени в документацията по публичната покана минимални изисквания и задължителни условия, свързани с изпълнението на предмета на процедурата. Непокриването на дори само едно от тези изисквания е основание за отстраняване на кандидата от по-нататъшна оценка поради несъответствие с поставените от възложителя минимални изисквания за изпълнение на предмета на процедурата.
- Всяка оферта трябва да е изготвена в съответствие с приложение „Изисквания към офертите“.

2. Изисквания към обхвата на доставката

Техническа спецификация**Обособена позиция 1: Теле-медицинско изделие за мониторинг на кръвно налягане**

Тип на оборудване или услуга към него		
Медицинско изделие за мониторинг на кръвно налягане		
Количество	60 броя	
Технически характеристики		
1	Размери: Не по-големи от 22 до 42 см размер на маншета	
2	Напълно автоматичен цифров апарат за измерване на кръвно налягане на горната част на ръката	
3	Захранване от 4 батерии AA и	
4	Температура на работната среда от 10°C до 40°C	
5	Да издържа на влажност от 30% до 85%	
6	Да може да прави измервания на състоянието и продуктивността	
7	Основни функции и параметри: - Откриване на предсърдно мъждене (AFIB) - Предупреждение за високо кръвно налягане и нередовен сърдечен ритъм - Функция за измерване на сутрешното кръвно налягане	
8	Съхраняване на най-малко сто (100) измервания за всеки потребител	
9	Да поддържа най-малко два (2) потребителя	
10	Да може да изчисляване средните стойности на измерванията. До три (3) измервания в рамките на десет (10) минути	
11	Измерените данни трябва да могат да се предават чрез Bluetooth, Wi-Fi или други еквивалентни стандартни методи за обмен на данни	
Допълнителни изисквания		
Данните измерени от устройството, трябва да могат да се записват в облачно хранилище за данни и да бъдат оперирани чрез Android, iOS или еквивалентна операционна система. Данните трябва да могат да се споделят със медицинските лица ангажирани по проекта.		
Изделието трябва да има CE маркировка, като медицинско изделие поред изискванията на Регламент 2017/745 за медицински изделия.		
Устойството трябва да бъде доставена с електрическо периферно оборудване, в т.ч. захранващо устройство, захранващ кабел, кабел за свързване и др.		
Устойството трябва да бъде предоставено с гаранционно обслужване за период от най-малко 1 година като се има предвид следното: - По-малки аварии следва да се отстраняват до 72 часа след настъпването им. - По-големи аварии, които изискват изпращане на оборудването до производителя или оторизиран сервиз следва да се извършват само след замяна с работещ еквивалент на медицинското изделие.		